

**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

ANEXO 1B - MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL**PROCESSO N. 39/2022****PREGÃO N. 22/2022****Objeto: Aquisição de equipamento desfibrilador para o CISMIV.****Razão social:****CNPJ:****Endereço completo:****e-mail:****Dados bancários/PIX:****Telefone/Fax:**

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desfibrilador Convencional com alca para transporte e sincronismo com monitor para cardioversão. Selecao de energia e funcoes com indicacao visual. Possibilidade de uso de pas internas e externas adulto e infantil, com selecao automatica das escalas de energia de acordo com a pa utilizada. Teste das pas diretamente no equipamento tendo um retorno para o usuario diretamente no display. Tela de LCD para mostrar informacoes numericas relacionadas ao processo de desfibrilacão e indicador do estado da bateria. Forma de onda exponencial truncada bifasica. Parametros de forma de onda ajustados em funcao da impedancia do paciente. Aplicacao de choque por meio de pas multifuncionais ou pas externas adulto/infantil.</p> <p>Escalas para desfibrilacao adulto/externa: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50J com as pas infantis e para desfibrilacao interna. Operacao simplificada por sequencia padrao "1-2-3". Chave seletora tanto para liga-lo e desligar o equipamento, assim como selecionar as escalas de energia e acionar o modo de teste funcional. Teclas de comando de Carga, Choque, Anula e Sinc (Sincronismo). Comando de carga por botao no painel frontal e por botao nas pas externas. Comando de choque no painel frontal e por botoes nas pas externas. Anula carga por botao no painel frontal. Comando sincronizado acionado por botao SINC no painel frontal. Indicadores de carga por sinal sonoro de equipamento carregando, sinal sonoro de carga completa, LED nas pas externas e nivel de carga indicada no display. Tempo de carga na energia maxima: < 6s com bateria a plena carga. Descarga interna automatica:</p>		unidade	01		

Rua José dos Santos, 120, Centro, Viçosa - Minas Gerais

www.cismiv.mg.gov.brARAPONGA - CAJURI - CANAÃ - COIMBRA - PAULA CANDIDO - PEDRA DO ANTA - PORTO FIRME - SÃO MIGUEL DO ANTA
- TEIXEIRAS - VIÇOSA



CIS-MIV

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa – MG

CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

<p>30 segundos. Bateria interna recarregavel com capacidade minimo de 140 choques em 360 joules ou um minimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria em no maximo 8 horas. Indicacao do nivel de bateria no display. Sincronismo: Circuito para sincronismo com sinal externo. Tempo descarga sincronizada: <60 ms apos o pico da onda R. Pas de desfibrilacao: Adulto e infantil externas (inclusa). Peso: nao superior a 4kg Eletrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.DC externo: 11 a 16 VDC. Acompanha : Manual de instrucoes • Cabo de rede profissional (3 pinos) • Conjunto de pas para desfibrilacao externa adulto e infantil.</p>					
VALOR TOTAL					

Valor Total da Proposta: R\$ (extenso)

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: _____

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTE