

**Subject:** PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO CANON - PE - 25 -2022 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA (CISMIV) - VIÇOSA - MG - UL

**From:** Rosangela Sodre <rosangela.sodre@br.medical.canon>

**Date:** 24/08/2022 14:41

**To:** "pregaoeletronico.cismiv@gmail.com" <pregaoeletronico.cismiv@gmail.com>

**CC:** Concorrencia <concorrencia@br.medical.canon>, Rafael Moreira <rafael.moreira@br.medical.canon>, "ricardo@rbdiagnosticos.med.br" <ricardo@rbdiagnosticos.med.br>, "ricardo@representacoes.med.br" <ricardo@representacoes.med.br>, "jacson@rbdiagnosticos.med.br" <jacson@rbdiagnosticos.med.br>

**AO**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE VIÇOSA (CISMIV)**

Viçosa / MG

### **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO**

**PROCESSO N. 42/2022**

**PREGÃO N. 25/2022**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO – ULTRASSOM**

**REF.: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E ALTERAÇÃO – ITEM – ULTRASSOM**

Ilmo. Pregoeiro (a) e Comissão, boa tarde!

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35**, vem tempestivamente, solicitar **ALTERAÇÃO E ESCLARECIMENTOS do Edital em anexo - ITEM ULTRASSOM**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

### **AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO**

**Onde se lê:** Faixa dinâmica de no mínimo de 250dB

- **Alterar para:** Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB
- **Justificativa:** A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, e como um todo o contraste da imagem.  
Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoramento de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais "pura", sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares.

**Onde se lê:** Frame rate de pelo menos 1.990 frames por segundo

- **Alterar para:** Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo
- **Justificativa:** O frame rate diz respeito à taxa de imagens exibidas a cada segundo, uma taxa elevada

garante maior resolução e velocidade de exibição da imagem, porém, o olho humano possui limitações, e acima de uma taxa de 200fps, qualquer alteração já não é mais perceptível à olho nu. Portanto, a alteração não representa rebaixamento na qualidade clínica do exame e na resolução da imagem.

**Onde se lê:** Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal

- **Alterar pra:** Software de leitura automática ou manual para cálculo da biometria fetal
- **Justificativa:** Entendemos que o cálculo da biometria fetal muitas vezes é pouco utilizado, devido ao tamanho do bebê e posicionamento do mesmo dentro do útero, solicitamos a alteração pois acreditamos que a alteração não compromete a qualidade do exame realizado.

#### **AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:**

- **Onde se lê:** PRAZO DE ENTREGA: 90 (SESSENTA) DIAS
- **Será aceito:** PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS ?
- **Justificativa:** Atualmente enfrentamos um cenário de crise global, desafiador e instável nas cadeias de suprimento em diversos segmentos, como equipamentos médicos, eletroeletrônicos, embalagens e carros, motivada por conflitos entre Rússia e Ucrânia (os embargos) e somado ao *Lockdown* na China, fatos estes os quais têm afetado significativamente não somente os insumos, mas sim toda a economia global, impactando diretamente na fabricação e disponibilização dos equipamentos, não somente em relação à Canon Medical, mas com todas as demais empresas atuantes no mercado.

Com isso, as empresas vêm sofrendo um aumento nos prazos de produção e logística para atender as demandas na esfera global. Assim, pelos motivos acima expostos a Impugnante requer seja alterado o Edital quanto a este quesito de forma que passe a constar prazo de entrega de "120 (CENTO E VINTE) dias". Solicitamos, portanto, a dilatação do prazo de entrega para que possamos participar desta licitação e o órgão se beneficiar da ampla concorrência, obtendo assim a proposta mais vantajosa.

#### **DO PEDIDO:**

Senhor Pregoeiro, considerando a real necessidade da reformulação das especificações técnicas da descrição e do prazo de entrega do **Item 01 – ULTRASSOM** deste instrumento convocatório e comprovando os vícios presente nele, serve a presente para requerer à V.Sas., em respeito aos princípios norteadores da licitação o deferimento da presente **IMPUGNAÇÃO DO EDITAL** para alteração do edital, para que nós e as demais empresas do ramo possamos elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este Órgão Público, a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa e principalmente aquisições de equipamentos com tecnologias atuais.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,

**Rosangela Sodré**

**Canon Medical Systems do Brasil** | Departamento de Licitação  
Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120  
**P** (55 11) 4134-0053 |  
**E** [rosangela.sodre@br.medical.canon](mailto:rosangela.sodre@br.medical.canon) | **W** [br.medical.canon](http://br.medical.canon)

**Canon**

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

*Made For life*

— Attachments: —

---

EDITAL PE – 25 -2022.pdf

484 KB

ANEXO 1A - TERMO DE REFERÊNCIA.pdf

263 KB