



**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG  
CNPJ - Nº. 02.326.365/0001-36

## PARECER TÉCNICO

Viçosa, 26 de janeiro de 2023

**Assunto: PROCESSO N. 52/2022, PREGÃO N. 28/2022, REGISTRO DE PREÇOS: 19/2022, Objeto: Aquisição de um aparelho de ultrassonografia geral incluindo nobreak compatível, bem como montagem, configuração e treinamento técnico dos médicos e funcionários da assistência do Consórcio.**

Conforme a lei nº 8.666/1993, Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos

Após análise do documento Manual de especificações técnicas do equipamento ULTRASSOM DIAGNOSTICO MINDRAY MODELO DC-40 CARDIO/RADIO, registro na ANVISA nº 80943610065, da empresa Mhédica Service Comércio e Manutenção LTDA, verifica-se que o equipamento atende todas as especificações técnicas exigidas no edital.

Todavia a empresa ADEM Distribuidora de Equipamentos Medicos LTDA, interpôs recurso alegando que o equipamento não atende as especificações técnicas nos seguintes quesitos:

- Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal;
- Frame rate de pelo menos 1.990 frames por segundo;
- Faixa dinâmica de no mínimo de 205 dB;



**CIS-MIV**

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Viçosa - MG  
CNPJ nº. 02.326.365/0001-36

Essas especificações técnicas podem ser verificadas no manual técnico: Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal, **item 8**. Página 13 e 14, Ferramentas de software, **Smart OB (Medidas Obstétricas Automáticas) - Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal incluindo medidas de DBP, CA, CC e Fêmur**; Faixa dinâmica de até 360 dB, esses parâmetros estão explícitos no item 11, página 17, taxas de quadros/frame rate de até 2800 quadros por segundos.

Desta forma conclui-se que o equipamento apresentado pela empresa Mhédica Service Comércio e Manutenção LTDA, ULTRASSOM DIAGNOSTICO MINDRAY MODELO DC-40 CARDIO/RADIO, atende as especificações técnicas do edital.

Diretor Técnico

JOSE DIOGO DRUMOND NETO

Médico Ultrassonografista  
EDILBERTO CARLOS DRUMOND

Coordenador Técnico e Assistencial  
VALDEIR JUNIO FIALHO